

## **Protocolo de uso do conjunto de primers e sondas para a detecção do Coronavírus felino - FCoV (FAM) por RT-PCR em Tempo Real (RT-qPCR)**

**FECOV-50**  
**50 reações**  
**Transporte: -20°C**

### **1. USO PRETENDIDO**

O conjunto de reagentes é utilizado para a detecção das sequências do RNA Viral do Coronavírus felino a partir de amostras biológicas submetidas a métodos de extração e purificação de RNA.

### **2. PRINCÍPIO DO TESTE**

A técnica de PCR em Tempo Real (qPCR) permite determinar a presença da sequência alvo de RNA, após a reação de Transcrição Reversa, através da amplificação de parte de regiões específicas de material genético e multiplicar em milhões de cópias. Para que seja possível amplificar determinado fragmento, é necessário conhecer a sequência a ser amplificada e utilizar alguns reagentes e componentes específicos. Não é recomendado o uso de "Referência Passiva" durante a reação de qPCR. Desabilite esta opção na programação do equipamento a ser utilizado.

### **3. EQUIPAMENTOS E INSUMOS NÃO FORNECIDOS**

Equipamentos: Workstation para PCR, micropipetas calibradas de volume variável (0,5 a 1000µL), agitador tipo Vórtex, banho maria ou estufa e termociclador de PCR em Tempo Real com filtros para leitura dos fluoróforos FAM.

Insumos: Microtubos de 0,2 a 2 mL, ponteiras com filtro de 0,5 a 1000µL, placas ou tubos de PCR específicas de acordo com o modelo/ fabricante do termociclador e selantes ópticos para as placas de PCR de acordo com o modelo/fabricante do termociclador qPCR.

Reagentes disponibilizados:

Componentes	Descrição	Quantidade	Volume
2X Tampão de reação RT-qPCR	Mistura de qPCR	1 frasco	1,0 mL
Primers e Probes Coronavírus felino/ <b>FAM</b>	Oligonucleotídeos e Sondas Fluorescentes	1 frasco	200 µL
Enzima RT-qPCR	Tampão da Enzima	1 frasco	50 µL
Água	Água ultrapura <i>DNAse</i> e <i>RNAse</i> Free	1 frasco	1,0 mL
Controle Positivo (5 µL = 2.500.000 Cópias/mL)	CP Sintético para Coronavírus felino	1 frasco	100 µL

*Tabela 1 – Reagentes utilizados na reação*

#### 4. PREPARO DA AMOSTRA

O RNA deve ser extraído usando kit de extração de ácido nucléico, de acordo com as instruções do fabricante.

A reação de PCR realiza a detecção do RNA Viral. Recomenda-se o pré-tratamento da amostra com DNase (previamente ao processo de amplificação) para eliminação de vestígios de DNA.

O RNA extraído deve ser armazenado em gelo ou à 4 °C, até momento do uso, ou a -20°C para armazenamento em longos períodos.

#### 5. REAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL (qPCR)

- Preparar Mix da reação, conforme a Tabela 2, em tubo de 1,5 mL.
- Adicione 15µL do Mix da reação em tubos de 0,2mL ou placas, de acordo com o equipamento.
- Adicione 5µL da amostra ao poço contendo o mix da reação.
- Adicione 5µL do Controle Positivo em um diferente poço contendo o mix da reação.
- Homogeneíze com auxílio de uma pipeta.
- Levar ao equipamento para a leitura.

Observação<sup>1</sup> - Todo o procedimento deve ser feito com os tubos em gelo.

Observação<sup>2</sup> - Não deve ser ultrapassado 30 minutos entre o preparo do Mix e o início da leitura da reação no equipamento.

Reação 1

2X Tampão de reação RT-qPCR	10,0 µL
Primers e Probes <b>Coronavírus felino/FAM</b>	4,0 µL
Enzima RT-qPCR	1,0 µL
Controle Positivo ou Amostra	5,0 uL
Volume final de reação	20,0 µL

Tabela 2 – Preparo do Mix de reação.

#### 6. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PCR EM TEMPO REAL

Defina os canais de fluorescência e programe o *termociclador*, de acordo com as instruções do fabricante. O volume total da reação é de 20uL, um controle positivo e um negativo são necessários para cada ensaio, independentemente da quantidade de amostras processadas.

O equipamento deve ser configurado em 3 etapas, conforme descrito na Tabela 3:

Etapa	Temperatura	Tempo	Ciclos
1	55 °C	30 minutos	1
2	95 °C	2 minutos	1
3	95 °C	15 segundos	40
	60 °C*	45 segundos	

\* leitura da fluorescência na etapa 3 - 60 °C

\*\*desativar a opção “Referência Passiva” no equipamento.

Tabela 3 – Programa de ciclagem

Canais de detecção do setup de Programas de fluorescências:

Alvo	Fluoróforo
Coronavírus felino	<b>FAM</b>

*Tabela 4 – Canais de detecção*

## 7. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

As amostras que apresentarem sinal de fluorescência, isto é, amplificação para o alvo no canal de fluorescência **FAM** com Ct abaixo de 40 serão consideradas positivas para a detecção do respectivo alvo.

O resultado do teste será considerado **DETECTADO OU POSITIVO**.

As amostras que **NÃO** apresentarem sinal de fluorescência, isto é, não amplificarem para o alvo no canal de fluorescência **FAM**, serão consideradas negativas para a detecção do respectivo alvo.

O resultado do teste será considerado **NÃO DETECTADO OU NEGATIVO**

Alvo	Resultado Ct (fluoróforo)	Interpretação
Coronavírus felino (FAM)	<b>&lt;40 (FAM)</b>	Positivo para Coronavírus felino
Coronavírus felino (FAM)	<b>ND (FAM)</b>	Negativo para Coronavírus felino

*Tabela 5 – Interpretação dos resultados*





## 8. POSSÍVEIS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problema	Provável Causa	Recomendação
Sem detecção de sinal em nenhum dos canais, incluindo o controle positivo	Operação inadequada do equipamento	Verificar a calibração do equipamento e repetir a reação sob condições corretas.
	Preparo incorreto da reação	Checar todos os reagentes e repetir reação
	Reagentes armazenados de forma inadequada	Repetir a reação com novos reagentes
Sem detecção de sinal do Controle Positivo.	Preparação incorreta da reação.	Verificar o protocolo e repetir a reação.
	Armazenamento inadequado da reação e/ou possível contaminação da amostra.	Evitar congelar e descongelar o várias vezes. Quando descongelado, manter o controle positivo em gelo, isso irá impedir a degradação. Se possível aliquotar o controle e utilize apenas no uso.

## 9. FONTES POTENCIAIS DE VARIABILIDADE

Pipetagem, calibração de pipetas e qualidade do RNA extraído.

## 10. INTERFERÊNCIAS

Resíduos de fenol, clorofórmio, sais e etanol provenientes da purificação do RNA. Para tanto, recomenda-se uma padronização da eficiência de extração com elevado rendimento para evitar estes interferentes.