Água Ultrapura - Tipo I
Livre de endotoxinas – Irradiada 30KGy
13-12102-05 - 500 mL

Ficha de Instruções de Uso

1. Descrição

Água Ultrapura Tipo I obtida pelo processo de Osmose Reversa Duplo Passo; filtrada 0,1 micra, irradiada 30KGy, Livre de DNAse/ RNAse, livre de endotoxinas, em volume de 500 mL.
Água ultrapura, apirogênica, essencialmente isenta de contaminantes dissolvidos ou coloidais iônicos e orgânicos. Este produto é adequado para os protocolos analíticos mais estritos, incluindo os de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC).
É produzida por tratamento adicional de água ultrapura do tipo I e tratamento de irradiação gamma.

2. Aplicações

Este produto estéril pode ser utilizado em procedimentos de biologia molecular, p.e. PCR, sequenciamento;
Água com padrão de qualidade elevado para outras aplicações específicas.

3. Armazenamento e transporte

Entre 10 – 30°C.

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **Água Ultrapura - Tipo I** por ela revendido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA
R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE
CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL
CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356
www.novabiotecnologia.com.br
e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br sac@novabiotecnologia.com.br