

**CONJUNTO DE PRIMERS E SONDAS PARA DETECÇÃO DE MYCOPLASMA HAEMOFELIS/HAEMOCANIS  
(FAM) - RUO  
MYCOHAEMO-20  
Instruções de Uso**

**1. NOME COMERCIAL**

Conjunto de primers e sondas para detecção de *Mycoplasma haemofelis/haemocanis* (FAM) – 20 reações.

**2. FINALIDADE DO TESTE**

O conjunto de reagentes é utilizado para a detecção de sequências do DNA de *Mycoplasma haemofelis/haemocanis* a partir de amostras biológicas submetidas a métodos de extração e purificação de DNA. **Uso exclusivo em pesquisa (RUO).**

**3. PRINCÍPIO DO TESTE**

A técnica de PCR em Tempo Real (qPCR) permite determinar a presença da sequência alvo de DNA, através da amplificação de parte de regiões específicas de material genético e multiplicar em milhões de cópias. Para que seja possível amplificar determinado fragmento, é necessário conhecer a sequência a ser amplificada e utilizar alguns reagentes e componentes específicos. Não é recomendado o uso de “Referência Passiva” durante a reação de qPCR. Desabilite esta opção na programação do equipamento a ser utilizado.

**4. TIPOS DE AMOSTRAS, CONDIÇÕES PARA COLETA, MANUSEIO, PREPARO E PRESERVAÇÃO**

Amostras biológicas com suspeita da presença de *Mycoplasma haemofelis/haemocanis*. O material coletado deve ser armazenado de 4 a 8°C por até 48h, -20°C por até 30 dias ou -80°C por tempo indeterminado. Para realização do teste as amostras devem ser submetidas ao processo de extração de DNA de escolha do operador. O material genético extraído deve ser conservado de 4 a 8 °C por até 12h, -20 °C por até 30 dias ou -80 °C por tempo indeterminado.

**Nota:** Não recomendamos que as amostras sejam submetidas ao processo de *pool* com risco de interferência no resultado, podendo apresentar resultados falso-negativos.

**5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

| COMPONENTES<br>50 Reações                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | QUANTIDADE | VOLUME |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2X Tampão de reação<br>RT-qPCR                                           | Mistura para qPCR                                                               | 1 frasco   | 1,0 mL |
| Primers e Probes<br><i>Mycoplasma<br/>haemofelis/haemocanis</i><br>(FAM) | Oligonucleotídeos e Sondas<br>Fluorescentes                                     | 1 frasco   | 40 µL  |
| Enzima qPCR                                                              | Mix de Enzimas                                                                  | 1 frasco   | 20 µL  |
| Água ultrapura                                                           | Água ultrapura<br>DNase e RNase Free                                            | 1 frasco   | 1,0 mL |
| Controle Positivo<br>250.000 cópias/reação                               | Controle positivo Sintético<br>para <i>Mycoplasma<br/>haemofelis/haemocanis</i> | 1 frasco   | 100 µL |

Tabela 1. Componentes do kit de amplificação

## 6. EQUIPAMENTOS, REAGENTES E INSUMOS NÃO FORNECIDOS

Equipamentos: Workstation para PCR, micropipetas calibradas de volume variável (0,5 a 1000µL), agitador tipo Vórtex e termociclador de PCR em Tempo Real com filtros para leitura do fluoróforo FAM.

Insumos: Microtubos de 0,2, 1,0 a 2 mL, ponteiros com filtro de 0,5 a 1000µL, placas ou tubos de PCR específicas de acordo com o modelo/ fabricante do termociclador e selantes óticos para as placas de PCR de acordo com o modelo/fabricante do termociclador qPCR.

Nota: Importante trabalhar com equipamentos em boas condições de uso e com manutenções preventivas em dia.

## 7. ESPECIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

- Limitação de detecção\* (95% de detecção): 500 cópias/mL
- Sensibilidade\*: 500 cópias/mL
- Especificidade: NA
- Reação Cruzada: NA

\*Cópias/mL do ácido nucleico extraído.

## 8. PROCEDIMENTO

### 8.1. Preparo do MIX

- Preparar Mix da reação, conforme a Tabela 2, em tubo de 1,5 mL.
- Adicione 15µL do Mix da reação em tubos de 0,2mL ou placas, de acordo com o equipamento.
- Para amostras: Adicione 5µL da respectiva amostra ao poço contendo o mix da reação. Homogeneíze com auxílio de uma pipeta.
- Para o controle positivo: Adicione 5µL do Controle Positivo em um poço contendo o mix da reação. Homogeneíze com auxílio de uma pipeta.
- Para o controle negativo: Adicione 5µL de água ultrapura em um poço contendo o mix da reação. Homogeneíze com auxílio de uma pipeta.
- Levar ao equipamento para a leitura.

Observação<sup>1</sup> - Todo o procedimento deve ser feito com os tubos em gelo.

Observação<sup>2</sup> - Não deve ser ultrapassado 30 minutos entre o preparo do Mix e o início da leitura da reação no equipamento.

Observação<sup>3</sup> - Dar spin nos tubos antes de utilizá-los.

|                                                                | Volume por reação |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2X Tampão de reação RT- qPCR                                   | 10,0 µL           |
| Primers e Probes <i>Mycoplasma haemofelis/haemocanis</i> (FAM) | 2,0 µL            |
| Enzima qPCR                                                    | 1,0 µL            |
| Água                                                           | 2,0 µL            |
| <b>Volume total do mix</b>                                     | <b>15 µL</b>      |
| Controle Positivo ou Amostra                                   | 5,0 µL            |
| <b>Volume final de reação</b>                                  | <b>20,0 µL</b>    |

Tabela 2. Preparo do Mix de reação

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE CEP: 06715-864 - COTIA/SP - BRASIL

## 8.2. Configuração do equipamento

Defina os canais de fluorescência e programe o *termociclador*, de acordo com as instruções do fabricante. O volume total da reação é de 20µL, um controle positivo e um negativo são necessários para cada ensaio, independentemente da quantidade de amostras processadas.

O equipamento deve ser configurado em 2 etapas, conforme descrito na Tabela 3:

| Etapa | Temperatura | Tempo       | Ciclos |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 1     | 95°C        | 2 minutos   | 1      |
| 2     | 95°C        | 15 segundos | 40     |
|       | 60°C*       | 45 segundos |        |

Tabela 3. Programa de ciclagem

\* selecionar a leitura da fluorescência na etapa 2 – 60 °C.

\*\*desativar a opção “Referência Passiva” no equipamento.

Canais de detecção do setup de Programas de fluorescências:

| Alvo                                    | Fluoróforo |
|-----------------------------------------|------------|
| <i>Mycoplasma haemofelis/haemocanis</i> | FAM        |

Tabela 4. Canais de detecção

## 9. INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

As amostras que apresentarem sinal de fluorescência, isto é, amplificação para o alvo no canal de fluorescência **FAM** com Ct abaixo de 37 serão consideradas positivas para a detecção do respectivo alvo.

O resultado do teste será considerado **DETECTADO OU POSITIVO**.

As amostras que **NÃO** apresentarem sinal de fluorescência, isto é, não amplificarem para o alvo no canal de fluorescência **FAM** serão consideradas negativas para a detecção do respectivo alvo.

O resultado do teste será considerado **NÃO DETECTADO (ND) OU NEGATIVO**

| Alvo                                             | Resultado Ct (fluoróforo) | Interpretação                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Mycoplasma haemofelis/haemocanis</i><br>(FAM) | <37 (FAM)                 | Positivo para <i>Mycoplasma haemofelis/haemocanis</i> |
|                                                  | ND                        | Negativo para <i>Mycoplasma haemofelis/haemocanis</i> |

Tabela 5. Interpretação dos resultados

**Nota:** Para liberação dos resultados quantitativos, acessar a tabela de conversão disponibilizada.

## 10. FONTES POTENCIAIS DE VARIABILIDADE

| Problema                                                                  | Provável Causa                                                            | Recomendação                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem detecção de sinal em nenhum dos canais, incluindo o controle positivo | Operação inadequada do equipamento                                        | Verificar a calibração do equipamento e repetir a reação sob condições corretas.                                                                                                                            |
|                                                                           | Preparo incorreto da reação                                               | Checar todos os reagentes e repetir reação                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | Reagentes armazenados de forma inadequada                                 | Repetir a reação com novos reagentes                                                                                                                                                                        |
| Sem detecção de sinal do Controle Positivo.                               | Preparação incorreta da reação.                                           | Verificar o protocolo e repetir a reação.                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | Armazenamento inadequado da reação e/ou possível contaminação da amostra. | Evitar congelar e descongelar mais de 4 vezes. Quando descongelado, manter o controle positivo em gelo, isso irá impedir a degradação. Se possível aliquotar o controle e utilize apenas quando necessário. |

Tabela 6. Possíveis problemas encontrados.

## 11. CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE (CIQ)

A validade do resultado do teste é comprovada pela utilização dos controles positivos e negativos.

O **Controle Negativo** de amplificação serve para garantir a especificidade da reação na detecção dos alvos e que não houve contaminação com DNA do patógeno em nenhum dos passos de preparo da placa de PCR.

A amplificação do **Controle Positivo** deverá apresentar um Ct abaixo de 37, para garantir que os reagentes utilizados são efetivos para detectar os alvos relacionados.

## 12. INTERFERÊNCIAS

Resíduos de fenol, clorofórmio, sais e etanol provenientes da purificação do DNA. Para tanto, recomenda-se uma padronização da eficiência de extração com elevado rendimento para evitar estes interferentes.

## 13. FÓRMULAS DE CÁLCULO DOS RESULTADOS COM EXEMPLOS

Não aplicável

## 14. INTERVALOS BIOLÓGICOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável

## 15. INTERVALO REPORTÁVEL

Não aplicável

**16. VALORES CRÍTICOS**

Não aplicável

**17. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E VALIDADE**

O Kit deve ser armazenado a - 20°C em freezer com degelo manual. O armazenamento em freezers modelo *frost free* pode levar a perda de reagentes.

Verificar validade e data de fabricação na caixa do produto.

**18. ESTABILIDADE APÓS ABERTO**

Após aberto o kit deve ser armazenado à -20 °C. Verificar validade e data de fabricação na caixa do produto.

O processo de congelamento e descongelamento do kit pode levar a degradação dos reagentes neles presentes, evitar descongelar o kit mais de 4 vezes.

**19. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Sempre que estiver trabalhando com soluções químicas e amostras biológicas, EPIs são necessários conforme normas de segurança regulamentadas.
- Depois de receber o produto verificar se a embalagem está danificada ou se há vazamento. Se houver danos ou com vazamento, usar luvas e óculos de proteção quando descartar os frascos para evitar acidentes.
- Não usar componentes danificados, pois eles podem gerar baixo rendimento.
- Sempre trocar as ponteiros entre as transferências de líquidos para evitar a contaminação cruzada.
- Não misturar componentes de kits diferentes, se não forem do mesmo produto e do mesmo lote.
- Este produto deve ser usado apenas por pessoal treinado.
- Armazenar os químicos e plásticos em condições próprias para uso em laboratório.
- Contaminações causadas pelos resíduos são raríssimas, mas não podem ser completamente descartadas. Portanto, os resíduos devem ser considerados como material infeccioso e devem ser manuseados de acordo com as normas de segurança regulamentadas.
- Caso sejam necessárias mais informações a respeito do produto, favor entrar em contato com a NOVA BIOTECNOLOGIA.

**20. PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS**

- Utilizar somente seguindo as instruções acima indicadas;
- Abrir a embalagem o mais próximo possível no momento do uso;
- Evitar o contato direto com a pele, olhos e/ou roupas;
- Recomenda-se a utilização de luvas para aplicação do produto;
- Conservar a embalagem em local fresco e seco;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Não misturar com outros produtos;
- Manter o produto em sua embalagem original.

**21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

da Rosa Maciel A, Biezu G, de Cristo TG, et al. Mycoplasma haemofelis infection and its correlation with feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) in cats in Southern Brazil. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis*. 2023;93:101941. doi:10.1016/j.cimid.2022.101941

Alanazi AD, Alouffi AS, Alyousif MS, et al. Molecular Survey of Vector-Borne Pathogens of Dogs and Cats in Two Regions of Saudi Arabia. *Pathogens*. 2020;10(1):25. Published 2020 Dec 31. doi:10.3390/pathogens10010025

**Informações do Fabricante****NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dr. Rafael Almeida Ferreira de Abreu

CRMV: 29772

**Atendimento ao Consumidor**

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br)

[sac@novabiotecnologia.com.br](mailto:sac@novabiotecnologia.com.br)