

Certificado de análise

CLEANER

Código: 14-0001-02
Produção: 23/abr/2025
Lote: 280.425NRS
Validade: 23/abr/2026


Aspecto: **Líquido cristalino e transparente.**

Especificações: **Teste com *amplicon*.**

Resultados: **Passa teste** de acordo com a especificação.

Ensaio de amplificação:

Este lote apresenta os resultados de acordo com o esperado na degradação de moléculas de *amplicons*.



**A-Amplificação de DNA (qPCR),
Bancada sem limpeza - amostra
amplificada;**

**B-Bancada pós-limpeza com álcool 70% -
amostra amplificada;**

**C-Bancada pós-limpeza com *Cleaner*
amostra sem amplificação,
descontaminado.**

Responsável Técnico – CRBM 20591