

Nome do Produto: Meio RPMI-1640

Código do Produto: BR30011-01

Lote do Produto: 160.425NR

Data de Fabricação: 11/abr/2025

Data de Validade: 11/abr/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Solução avermelhada			
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	<1,0
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	278 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	268

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico-CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda