

Nome do Produto: Meio 199/EBSS

Código do Produto: BR30006-05

Lote do Produto: 0807250080

Data de Fabricação: 08/jul/2025

Data de Validade: 08/jul/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Solução avermelhada			
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	290 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	298

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.