

Certificado de Análise

Nome do Produto: Conjunto de Primers e Sondas para detecção de Bluetongue Vírus BTV (FAM) / Controle interno (Cy5).

Código do kit: BTV-50

Número do Lote: 120.525EA

Data de Fabricação: 07/05/2025

Data de Validade: 07/05/2026

Condições de Armazenamento: -20°C

Especificações do Controle de qualidade: A detecção do gene alvo foi confirmada utilizando diluições seriadas do controle positivo sintético.

Certifica-se que este produto atende às especificações acima, conforme revisado e aprovado pela Produção e pelo Departamento de Qualidade da Nova Biotecnologia.

O Kit é **exclusivo para uso em pesquisa** (RUO).

Observações:

Este certificado é uma impressão digital e, portanto, não possui assinatura manual.

Informações de Contato:


Nome da Empresa: Nova Biotecnologia

Endereço: R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San Jose CEP: 06715-864 - Cotia/SP - Brasil

Telefone: +55 (11) 4243-2356

E-mail: sac@novabiotecnologia.com.br

Website: www.novabiotecnologia.com.br



Responsável Técnico:

Dr. Rafael Almeida Ferreira de Abreu

CRMV: 29772