

Certificado de Análise

Nome do Produto: Conjunto de Primers e Sondas para detecção de Babesia spp (FAM)

Código do kit: BSPP-50

Número do Lote: 130.825EA

Data de Fabricação: 08/08/2025

Data de Validade: 24/04/2027

Condições de Armazenamento: -20°C

Componentes do kit: MM2XV – lote 290.425EA; PP – lote 040.825EA; AUPV – lote 140.525EA; Go0-50 - lote 120.825EA; CPC – lote 110.825EA

Especificações do Controle de qualidade: A detecção do gene alvo foi confirmada utilizando diluições seriadas do controle positivo sintético.

Certifica-se que este produto atende às especificações acima, conforme revisado e aprovado pela Produção e pelo Departamento de Qualidade da Nova Biotecnologia.

O Kit é **exclusivo para uso em pesquisa (RUO)**.

Observações:

Este certificado é uma impressão digital e, portanto, não possui assinatura manual.

Informações de Contato:

Nome da Empresa: Nova Biotecnologia

Endereço: R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San Jose CEP: 06715-864 - Cotia/SP - Brasil

Telefone: +55 (11) 4243-2356

E-mail: sac@novabiotecnologia.com.br

Website: www.novabiotecnologia.com.br



Responsável Técnico:
Dr. Rafael Almeida Ferreira de Abreu
CRMV: 29772