

Nome do Produto: HBSS Modificado

Código do Produto: BR30016-05

Lote do Produto: 20052502

Data de Fabricação: 20/mai/2025

Data de Validade: 20/mai/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
	Solução avermelhada		
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	< 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	300 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	280

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico
Nova Biotecnologia Ltda