

Nome do Produto: RPMI-1640 Modificado

Código do Produto: BR30023-05

Lote do Produto: 0407250076

Data de Fabricação: 04/jul/2025

Data de Validade: 04/jul/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
	Solução avermelhada		
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausente	UFC	Ausente
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	<1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Ausente	qPCR	Ausente
Osmolaridade	305 ± 5%	mOsm/kg H <sub>2</sub> O	297

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.