

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: PBS 1X pH 7,4

Código do Produto: 13-30260-05

Lote do Produto: 0408250151

Data de Fabricação: 04/ago/2025

Data de Validade: 04/ago/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	7,4 ± 0,2	-	7,4
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	< 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	290 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	290

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq Industrial San José, Cotia-SP – 06715-864