

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: Tampão TAE 50X

Código do Produto: 13-15001-01

Lote do Produto: 3107250148

Data de Fabricação: 25/jul/2025

Data de Validade: 25/jul/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	Solução transparente
pH	8,0 ± 0,2	-	8,0
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Eletroforese em gel de agarose	Migração de DNA	Fragmentos	Presentes

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq Industrial San José, Cotia-SP – 06715-864