

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: Tampão TE 10X concentrado pH 8,0

Código do Produto: 13-15004-01

Lote do Produto: 3107250146

Data de Fabricação: 31/jul/2025

Data de Validade: 31/jul/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	8,0 ± 0,2	-	8,0
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	170 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	175

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José, Cotia – SP - 06715-864