

Nome do Produto: Tampão TE - 10X concentrado pH 9,0

Código do Produto: 13-15006-01

Lote do Produto: 3107250147

Data de Fabricação: 31/jul/2025

Data de Validade: 31/jul/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	9,0 – 9,2	-	9,0
Bactérias e fungos	Crescimento	UFC	Negativo
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.